

Numer zapytania	Z85/3878/1
Tytuł zapytania	Waga precyzyjna do 650 g
Kupiec prowadzący:	Kosch-Hrabańska, Joanna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-02-10 13:30:32
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-02-10 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-02-17 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-02-17 14:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do przetargu na Wagę Precyzyjną do 650 kg.

Waga laboratoryjna będzie służyła do kontroli masy wytwarzanych tabletek w zakresie 75 mg ÷ 1,5 g. Urządzenie zostanie zainstalowane w pomieszczeniach produkcyjnych Tabletkarni i Drażowni, w strefie szarej kontrolowanej mikrobiologicznie.

Dostawca powinien podczas przygotowywania oferty bazować na specyfikacji opisanej w niniejszym dokumencie.

Dostawca może zaproponować rozwiązania alternatywne – wszystkie odstępstwa muszą zostać wskazane.

Dostawca ponosi wszelką odpowiedzialność za:

- zgodność z niniejszą specyfikacją,
- błędy i pominięcia,
- pokrycie kosztów usunięcia usterek w oferowanym przedmiocie dostawy,
- prawidłowe działanie urządzenia.

Dostawca zobowiązuje się do współpracy z pozostałymi podwykonawcami, jeżeli ich zakres usług jest związany z realizacją prac objętych zakresem dostaw, w tym z projektantem upoważnionym przez Zamawiającego.

ZAKRES DOSTAWY obejmuje:

- dostarczenie dokumentacji określonej w załączniku 1.
- kalibrację;
- testowanie;
- wysyłkę i transport;
- instalację;
- rozruch i kwalifikację IQ, OQ;
- szkolenie personelu.

Zgodnie z terminami określonymi w harmonogramie. Dostawca urządzenia powinien wygenerować szczegółową dokumentację techniczną, opisującą charakterystykę zastosowanych systemów, ich funkcjonalności oraz spełniającą wymagania opisane w niniejszym dokumencie.

W przypadku odchyień od wyżej wymienionych zasad, DOSTAWCA jest zobowiązany do szybkiego wprowadzenia koniecznych działań naprawczych i zmian w celu skutecznego usunięcia niezgodności oraz dostosowania urządzenia do przepisów bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych przez

ZAMAWIAJĄCEGO.

STOSOWANE PRZEPISY I STANDARDY:

Projekt i montaż będą oparte na następujących normach technicznych:

2006/42/EC Dyrektywa maszynowa;

2014/35/EC Dyrektywa niskonapięciowa.

DOSTAWCA odpowiada za zgodność z powyższymi normami. Jeśli różne normy dotyczą tej samej kwestii, DOSTAWCĘ obowiązują wymagania ostrzejszej normy.

GWARANCJE:

DOSTAWCA zagwarantuje niezawodność systemu przez okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru ZAKRESU DOSTAWY przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Oferta powinna zawierać :

1. Wypełniony załącznik nr 1 do URS (edytowalna wersja w Excel)
2. Ofertę cenową na urządzenia spełniające wymagania URS-a.
3. Oferta powinna zawierać czas dostawy.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	ZAŁĄCZNIK 1 DO URS D-33 Waga Precyzyjna.pdf
2.	ZAŁĄCZNIK 2 DO URS_Waga Precyzyjna.pdf
3.	ZAŁĄCZNIK 1 DO URS D-33 Waga Precyzyjna.xlsx
4.	URS_D-33 Waga precyzyjna do przetargu.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Waga precyzyjna		6	szt.	Sprzęt laboratoryjny

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Gwarancja 24M

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie